Mantenimiento y Recarga de Manípulo Novalight Plus

Servicio de mantenimiento, puesta a punto y calibración especializada.

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

Programa técnico de mantenimiento preventivo y correctivo orientado al manípulo Novalight Plus. Su objetivo principal es recuperar el correcto funcionamiento del dispositivo, garantizando unas condiciones de trabajo óptimas, seguras y de máxima eficacia operativa durante la ejecución de tratamientos en cabina médico-estética.

MECANISMO OPERATIVO Y PROCESO DE INTERVENCIÓN

- **Sustitución de lámpara:** Cambio de la lámpara de destello por una unidad nueva, restaurando el rendimiento lumínico y térmico del equipo.
- **Pulsadores:** Cambio o reparación exhaustiva de los pulsadores del manípulo para asegurar una respuesta de disparo precisa y sin fallos.
- **Limpieza y abrillantado:** Acondicionamiento técnico, limpieza y abrillantado de la cavidad de la lámpara para mantenerla en óptimas condiciones de reflectividad.
- **Reseteo de chip:** Reprogramación electrónica para dejar el chip a 0 disparos tras realizar la recarga.
- **Calibración de potencia:** Calibración y ajuste estricto de la potencia de emisión lumínica en los modos operativos HR y SR.

GARANTÍA TÉCNICA (NORMA IEC 62353)

Comprobación y verificación del correcto funcionamiento del manípulo una vez finalizado el servicio. El manípulo Novalight Plus es revisado, recargado, calibrado y preparado para su funcionamiento bajo la estricta supervisión de ingeniería industrial, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad electromédica.

Plataforma Compatible	Manípulo Novalight Plus
Modos Ajustados	Calibración de potencia en modos HR y SR
Verificación Electrónica	Reseteo de chip a 0 disparos y testeo de pulsadores
Garantía SAT	Servicio técnico directo con laboratorio propio especializado

InvesMedic Clinics S.L. | C/ Francesc Macià. 10. Entresuelo 3.3. 17190 Salt (Girona)