

Recarga y Puesta a Punto de Manípulos Reaction™ Contour

Tecnología CORE™: Radiofrecuencia multicanal y vacumterapia para Body Contour y Facial Contour

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

Servicio técnico oficial de recarga, mantenimiento preventivo y verificación funcional para manípulos Body Contour (B-Contour) y Facial Contour (F-Contour) de la plataforma Reaction™ (Viora). La intervención restablece el correcto funcionamiento, fiabilidad electromédica y rendimiento óptimo durante el tratamiento, garantizando la emisión precisa de radiofrecuencia con tecnología multicanal CORE™ combinada con vacumterapia para remodelación dérmica, lipólisis y estimulación fibroblástica en cabina.

MECANISMO OPERATIVO Y FASES DE INTERVENCIÓN

- Recarga horaria de manípulos:** Reprogramación y desbloqueo del microcontrolador de conteo en manípulos Body Contour y Facial Contour, recargando 15.000 minutos de funcionamiento clínico efectivo por aplicador.
- Mantenimiento y revisión de pulsadores:** Inspección del microinterruptor de disparo, reparando o sustituyendo pulsadores desgastados para certificar una respuesta táctil inmediata y segura sin fallos de emisión.
- Limpieza técnica y mantenimiento de conexiones:** Acondicionamiento y desoxidación de los pines de contacto en conectores de señal y potencia, asegurando conductividad perfecta y transmisión libre de ruidos parásitos.
- Acondicionamiento de cabezales y electrodos de RF:** Higienización técnica y pulido superficial de las placas conductoras de RF Body Contour y Facial Contour, eliminando acumulaciones de producto seco que eleven la impedancia tisular.
- Comprobación y verificación funcional:** Ensayos de respuesta del sistema de succión neumática, calibración de las tres frecuencias centrales (0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz) y modo multicanal previo a la entrega.

GARANTÍA TÉCNICA DE LABORATORIO INVESMEDIC (NORMA IEC 62353)

Protocolo metrológico supervisado por Ingeniero Técnico Industrial colegiado: verificación de aislamiento dieléctrico, ensayo de corrientes de fuga de cabezal según norma UNE-EN / IEC 62353 para partes aplicadas tipo BF, y calibración de potencia en banco técnico antes de su expedición.

Plataforma Compatible	Viora Reaction™ (Manípulos Body Contour & Facial Contour)
Capacidad Configurada	15.000 minutos de funcionamiento clínico garantizado por manípulo
Componentes Intervenidos	Pulsadores de disparo, pines de conexión, electrodos multicanal RF y firmware
Garantía SAT	Garantía técnica directa con laboratorio propio en Salt (Girona)

InvesMedic Clinics S.L. | C/ Francesc Macià, 10, Entresuelo 3.ª, 17190 Salt (Girona)
Contacto Técnico / Comercial: 605 14 90 71 (Albert Vendrell) · 694 28 17 51 (Sandra)
Email: info@invesmedic.com · Web: www.invesmedic.com